

MADSEN Zodiac
Diagnostic & Clinical
Tietokonepohjainen
Käyttöopas

Dok. Nro7-50-1730-FI/04
Osa nro7-50-17300-FI

Tekijänoikeutta koskeva huomautus

Valmistaja valtuuttaa GN Otometrics A/S:n julkaisemaan valmistajan hyväksymiä ja julkaisemia käyttöohjeita.

© 2016, 2018 GN Otometrics A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. ® Otometrics, Otometrics-kuvake, AURICAL, MADSEN, ICS ja HORTMANN ovat GN Otometrics A/S -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Version julkaisupäivä

3.4.2018 (182438)

Tekninen tuki

Ota yhteyttä toimittajaan.

Sisällysluettelo

1	Yhteenveto	4
2	Käyttötarkoitus	5
3	Pakkauksesta purkaminen	6
4	Asennus	6
5	Zodiac-mittapäät	8
6	Erikoistestit	13
7	Tutkiminen Zodiac Diagnostic- tai Clinical - Tietokonepohjainen -laitteella	14
8	Tutkimustulosten tulostaminen OTOsuite-ohjelmasta	30
9	Vianmääritys	30
10	Huolto, puhdistus ja kalibrointi	31
11	Tekniset tiedot	36
12	Standardit ja varoitukset	46
13	Muut viitteet	49
14	Valmistaja	49

1 Yhteenveto

MADSEN Zodiac on pienikokoinen laite immittanssitutkimusta varten.

MADSEN Zodiac Diagnostic ja Clinical - Tietokonepohjainen



Lue kohta [Tutkiminen Zodiac Diagnostic- tai Clinical -Tietokonepohjainen -laitteella](#) ► 14

MADSEN Zodiac-laitteen käyttäminen

Voit käyttää Zodiac-laitteen tietokonepohjaista versiota tietokoneen näppäimistöllä ja hiirellä, jolloin OTOsuite-immittanssimoduuli toimii näyttönä.

Mittapäät

MADSEN Zodiac tukee seuraavia mittapäitä:

- Kädessä pidettävä Quick Check-mittapää
- Kaksi diagnostista mittapätyyppiä, Classic ja Comfort
- Kontralateraalinen inserttikuuloke tai TDH-39.

Tuetut tutkimukset

Kokoonpanosta riippuen Zodiac tukee seuraavia tutkimuksia ja toimintoja:

- Tympanometria
- Refleksin seulonta
- Refleksikynnys
- Refleksin hajoaminen
- ETF-I (korvakäytävän toiminta - ehjä)
- ETF-P (korvatorven toiminta - puhkaistu)
- Admittanssiäänitys (useita käyttötarkoituksia, kuten avoimen korvatorven arviointi, akustiset refleksit ulkoisen stimuluksen yhteydessä)
- Manuaalinen tympanometria

MADSEN Zodiac - OTOsuite -liitäntä

MADSEN Zodiac on suunniteltu käytettäväksi OTOsuite-immittanssimoduulin kanssa. OTOsuite-immittanssimoduulista, joka on NOAH-yhteensopiva, on mahdollista suorittaa tutkimuksia, tarkkailla tuloksia, luoda käyttäjän tutkimuksia, tallentaa ja viedä tietoja ja tulostaa raportteja.

Noah

Noah-järjestelmä on HIMSA-tuote asiakas-/potilashallintaan, kuulotutkimussovellusten ja sovitushjelmien käynnistämiseen, sekä audiologisten tutkimustulosten tallentamiseen. MADSEN Zodiac-laitteen tutkimustulokset voidaan tallentaa Noah-

tietokantaan OTOsuite-yhteydellä.

2 Käyttötarkoitus

MADSEN Zodiac on kuulon impedanssitesteri, joka on suunniteltu muuttamaan ilmanpainetta ulkoisessa kuulokanavassa sekä mittaamaan ja esittämään tärykalvon liikkuvuusominaisuuksia välikorvan toimintakunnon arvioimiseksi. Tätä laitetta käytetään myös akustisen refleksikynnyksen mittaamiseen ja hajoamisen tutkimiseen sekä korvatorven toiminnan testaamiseen ehjissä ja puhkaistuissa tärykalvoissa.

Käyttäjät: audionomit, korva-, nenä- ja kurkkulääkärit ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka tutkivat lasten ja aikuisten kuuloa.

Käyttö: kliininen, diagnostinen ja seulontatympänometria ja refleksimittaukset.

MADSEN Zodiac käyttää tekniikoita, jotka ovat erittäin tehokkaita kliinisiin ja seulontatarkoituksiin. Tympanometria ja akustiset refleksimittaukset mittaavat keskikorvan mekaanista vastetta ja muodostavat perustan sen arvioimiseksi, toimivatko asiaankuuluvat fysiologiset rakenteet oikein.

Vasta-aiheet

Varoitus • Jos potilas kokee olonsa epämukavaksi, pysäytä tutkimus. Tutkimus keskeytetään välittömästi. Jo mitatut tulokset säilytetään.

Varoitus • Katso korvakäytävään. On erittäin suositeltavaa suorittaa otoskopia ulkokorvan tilan arvioimiseksi ennen mittapään asettamista. Jos korvakäytävä on tukossa, se voi vaikuttaa tutkimustulokseen. Puhdista korvakäytävä tarvittaessa. Varmista, että potilaan korvaan ei ole jäänyt nestettä puhdistuksen tai vaikonpoiston jäljiltä.

Varoitus • Potilaita, joilla on seuraavia oireita, ei saa tutkia ilman lääkärin hyväksyntää:

- Eritettä korvassa
- Hiljattain suoritettu välikorvaleikkaus
- Tukkeutunut korvakäytävä
- Akuutti vamma
- Kovia kipuja
- Tinnituksen tai hyperakusian oireita, jolloin akustisen refleksin mittauksessa tulee välttää liian kovan akustisen stimulauksen käyttöä.

2.1 Merkinnät

Varoitus-, tärkeä- ja huomautus-sanojen käyttö

Käyttäjän huomion kiinnitetään tietoihin, jotka koskevat laitteen tai ohjelmiston turvallista ja oikeaa käyttöä, käyttämällä käyttöoppaassa varoitusilmoituksia seuraavasti:

Varoitus • osoittaa kuoleman tai vakavan vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai potilaalle.

Tärkeää • osoittaa vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai potilaalle tai vahingoittumisriskiä tiedoille tai laitteelle.

Huomautus • osoittaa erityisen tarkkuuden tarvetta.

Voit tilata ilmaiset painetut käyttöoppaat ottamalla yhteyttä Otometrics (www.otometrics.com).

3 Pakkauksesta purkaminen

1. Pura laite varovasti pakkauksestaan.
Laitteen pakkausmateriaalit kannattaa säilyttää. Jos laite täytyy lähettää huoltoon, alkuperäinen pakkausmateriaali suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana.
2. Tarkasta laite silmämääräisesti mahdollisten kuljetusvahinkojen varalta.
Jos laite on vaurioitunut, älä ota sitä käyttöön. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, jolta saat lisäohjeita.
3. Varmista lähetysluettelosta, että kaikki tarvittavat osat ja varusteet ovat mukana. Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

4 Asennus

Taataksesi laitteen turvallisen toiminnan, varmista, että MADSEN Zodiac on asennettu oikein ja että varoituksissa lueteltuja vaatimuksia noudatetaan.

Lue kohta [Varoitukset](#) ► 47.

Sijainti

Tärkeää • Käyttö alle -20 asteessa (-4 °F) tai yli +60 asteessa (140 °F) voi aiheuttaa pysyviä vaurioita laitteelle.

Immittanssitukimus on parasta suorittaa suhteellisen hiljaisessa tilassa. Se ei vaadi äänieriotä tai äänieristettyä huonetta.

Asennus seinälle

Ohjeet MADSEN Zodiac-laitteen seinälle asentamiseen löytyvät seinäasennussetin mukana tulleesta oppaasta.

Mittapää

Mittapää on jo kytketty MADSEN Zodiac-laitteeseen toimitettaessa.

Tämä koskee myös kokoonpanoja, joissa on mukana sekä Quick Check -mittapää että diagnostinen mittapää.

Suosittellemme päivittäistä mittapään tarkistusta laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Huomautus • Jos mittapään tarkistuksen tulos ei ole 1,9–2,1 mmho/cc/cm³/ml 226 Hz:llä, suosittelemme, että suoritat admittanssikalibroinnin. Ks. Zodiac -käyttöopas.

Mittapään pidike

Mittapään pidikkeen voi asentaa seinälle erikseen hankittavan seinäasennussetin avulla.

Virran saanti

- Lue kohta [Laitteen kytkeminen päälle](#) ► 7.

4.1 Laitteen kytkeminen päälle

Zodiac saa virtansa ulkoisesta virtalähteestä, joka on yhdistetty suoraan pistorasiaan.

Tärkeää • Käytä vain osiossa [Tekniset tiedot](#) ► 36 mainittua virtalähdettä.

Ulkoisen virtalähteen kytkeminen Zodiac-laitteeseen



24V --- 2.5A

1. Kytke ulkoisen virtalähteen liitinpää ulkoisen virtalähteen liittimeen laitteen takana.

Ulkoisen virtalähteen kytkeminen verkkovirtaan



1. Kytke ulkoisen virtalähteen pistoke suoraan kolmivaiheiseen vaihtovirtapistorasiaan.
2. Kytke verkkovirta päälle tarvittaessa.

Kun kytket ensimmäisen kerran laitteeseen virran

Huomautus • Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, jätä se päälle ainakin tunnin ajaksi, jotta laitteen sisäisen kellon akku saa latautua.

Kun ensimmäisen kerran kytket laitteeseen virran tai jos laite on ollut pois päältä yli kahden viikon ajan, sisäisestä kellosta loppuu virta. Kun käynnistät laitteen, saat kehotuksen asettaa ajan manuaalisesti.

- Aseta päiväys ja kellonaika laitteen ohjeiden mukaan.

- Vaihtoehtoisesti voit muodostaa yhteyden OTOsuite-ohjelmistoon, jossa se tehdään automaattisesti.

MADSEN Zodiac-laitteen kytkeminen päälle ja sammuttaminen

1. Käynnistä Zodiac painamalla **On/Off**-painiketta.
 - Laitteen tietokonepohjaisissa versioissa **On/Off**-merkkivalo syttyy palamaan vihreänä.
2. Sulje Zodiac painamalla **On/Off**-painiketta.

Katkaise tarvittaessa verkkovirta ja irrota virtalähde pistorasiasta.



4.2 Tietokoneeseen kytkeminen

Asenna OTOsuite tietokoneelle ennen Zodiac-laitteen kytkemistä siihen.

Katso OTOsuite -asennusohjeet oppaasta OTOsuite Asennusopas OTOsuite -asennustietovälineellä.

Tärkeää • Käytä Zodiac-laitteen kanssa vain sen mukana toimitettua USB-kaapelia.



Kytke USB-kaapeli laitteen takana olevasta USB-liitimestä tietokoneen USB-liittimeen. OTOsuite-immittanssiohjelmamoduuli havaitsee laitteen automaattisesti.

5 Zodiac-mittapäät

Varoitus • Tutki potilaan korva. Katso korvakäytävään. On erittäin suositeltavaa suorittaa otoskopia ulkokorvan tilan arvioimiseksi ennen mittapään asettamista. Jos korvakäytävä on tukossa, se voi vaikuttaa tutkimustulokseen. Puhdista korvakäytävä tarvittaessa. Varmista, että potilaan korvaan ei ole jäänyt nestettä puhdistuksen tai vaikutonpoiston jäljiltä.

Varoitus • Korvatippiä voidaan käyttää molempiin korviin. Jos epäilet tulehdusta toisessa korvassa, käytä puhdasta korvatippiä ja mittapään kärkeä toisen korvan kanssa.


Hygienianäkökohtia

- Laitos-/sairaalaakohtaisia infektioita estäviä käytäntöjä on ehdottomasti noudatettava.
- Käytä aina puhtaita korvatippejä.
- Käytä seuraavan asiakkaan tutkimuksissa uusia korvatippejä infektioiden leviämisen välttämiseksi.

5.1 Quick Check-mittapää

Tietyissä tapauksissa Zodiac toimitetaan Quick Check -mittapää valmiiksi kytkettynä.

- A. Mittapään runko
- B. **Korva**-painike
 - Paina tästä vaihtaaksesi tutkimuskorvia
- C. Merkkivalo näyttää valitun tutkimuskorvan värin ja vuodon tilan



Mittapään käyttäminen

- [Korvatipin asettaminen mittapäähän](#) ► 19
- [Mittapään ja mittapään kärjen puhdistaminen](#) ► 33

Varoitus • Aseta korvatippi mittapäähän aina ennen mittapään viemistä potilaan korvaan.

Varoitus • Korvatippiä voidaan käyttää molempiin korviin. Jos epäilet tulehdusta toisessa korvassa, käytä puhdasta korvatippiä ja mittapään kärkeä toisen korvan kanssa.

Mittapään käsittely

- Kämmen alla -ote
- Kämmen yläpuolella -ote



Tutkimuksen käynnistäminen

Tutkimus käynnistyy automaattisesti, kun painat seulontakorvatippiä varovasti korvakäytävään ja saavutetaan tiivis tila.

Tutkimuksen pysäyttäminen

Voit pysäyttää tutkimuksen poistamalla mittapään tutkimuskorvasta.

5.2 Diagnostiset mittapäät

Laitteen kokoonpanosta riippuen Zodiac Diagnostic ja Zodiac Clinical toimitetaan diagnostinen mittapää valmiiksi kytkettynä.

Diagnostinen mittapää on saatavilla kahtena eri versiona.



Classic-mittapää



Comfort-mittapää

Varoitus • Aseta korvatippi mittapäähän aina ennen mittapään viemistä potilaan korvaan.

Mittapäättyypit

[Quick Check-mittapää ▶ 8](#)

[Diagnostinen mittapää ja olkahihna ▶ 10](#)

Mittapään käyttäminen

- Laitteen käyttö kahden mittapään kanssa ▶ 12
- Korvatipin asettaminen mittapäähän ▶ 19
- Mittapään sovittaminen potilaan korvaan ▶ 20
- Mittapään ja mittapään kärjen puhdistaminen ▶ 33

5.2.1 Diagnostinen mittapää ja olkahihna

Diagnostinen mittapää on kytketty mittapään olkahihnaan.

Varoitus • Aseta korvatippi mittapäähän aina ennen mittapään viemistä potilaan korvaan.



Classic-mittapää




Comfort-mittapää

Olkahihna

Olkahihna on joustava hihna, joka on suunniteltu sopimaan potilaan olkaan. Se varmistaa, että diagnostinen mittapää pysyy paikallaan tutkimuksen aikana, niin ettei taustamelu vaikuta mittauksiin.




- A. Olkahihna
- B. Reikä olkahihnan ripustamista varten
- C. Diagnostis mittapää
- D. Ohjauslevy
- E. Kontralateriaalinen kuuloke
- F. Mittapään kaapelin liitännät



Mittapään kaapelin liitännät

- A. Diagnostisen mittapään yhteys
Diagnostinen mittapää on pysyvästi kytketty ohjauslevyyn.
- B. Yhteyskaapeli
Yhteyskaapeli kytkee diagnostisen mittapään Zodiac-laitteeseen.
- C. Kontralateraalisien kuulokkeen kytkentäpistorasia
Kytke kontralateraaliset kuulokkeet tarvittaessa tähän pistorasiaan.



Mittapään ohjauslevy


Ohjauslevy on osa olkahihnaa.

- A. Merkkivalot näyttävät valitun tutkittavan korvan värin ja mittapään tilan
- B. **Korva**-painike.
 - Paina tästä vaihtaaksesi tutkimuskorvia
- C. **Aloita/pysäytä**-painike
Painamalla tätä painiketta voidaan aloittaa tai pysäyttää tutkimus.



Diagnostinen mittapää

- A. Merkkivalot näyttävät valitun tutkimuskorvan värin, mittapään tilan ja vuodon tilan
- B. Mittapään runko
- C. Mittapään rengas
- D. Mittapään kärki



5.2.2 Laitteen käyttö kahden mittapään kanssa

Jos haluamaasi mittapäätä ei ole aktivoitu, paina mitä tahansa mittapään painiketta aktivoidaksesi sen.


5.3 Kontralateraalinen kuuloke

Jos haluat testata kontralateraalista refleksiä, käytä kontralateraalista kuuloketta stimuluksen kohdistamiseen mittapäättömään korvaan.

Kontralateraalisen kuulokkeen yhdistäminen

- Kytke kontralateraalinen kuuloke tarvittaessa tähän ohjausyksikön pistorasiaan.

Työnnä pistoke tiiviisti pistorasiaan niin, että se lukkiutuu paikoilleen.



Kontralateraalisen kuulokkeen irrottaminen

- Irrota kontralateraalinen kuuloke tarttumalla pistokkeen vahvistettuun holkkiin ja vetämällä jäämäkästi, kunnes pistoke irtoaa.

Inserttikuuloke


Tärkeää • Älä koskaan laita kontralateraalista kuuloketta potilaan korvaan tutkimatta ensin tämän korvakäytävää.

Varoitus • Korvatippiä voidaan käyttää molempiin korviin. Jos epäilet tulehdusta toisessa korvassa, käytä puhdasta korvatippiä ja mittapään kärkeä toisen korvan kanssa.

Varoitus • Älä käytä kontralateraalista inserttikuuloketta vuotavaan korvaan. Käytä sen sijasta supra-auraalista kuuloketta.

Varoitus • Käytä seuraavan asiakkaan tutkimuksissa uusia korvatippejä infektioiden leviämisen välttämiseksi.

1. Aseta kontralateraaliseen inserttikuulokkeeseen sopivan kokoinen vaahтомуovinen korvatippi.
2. Ennen kuin asetat korvatipin potilaan korvaan, purista korvatippiä tehdäkseksi siitä pienemmän. Vie korvatippi potilaan korvaan, kunnes sen ulompi pinta on korvakäytävän sisäänkäynnin tasalla.
Korvatippi laajenee korvakäytävässä muutamassa sekunnissa.



Supra-auraalinen kuuloke

1. Aseta supra-auraalinen kuuloke potilaan päähän siten, että kuulokkeen keskikohta on suunnattu korvakäytävän sisäänkäyntiin päin.

Tärkeää • Joillain potilailla korvakäytävät voivat painua kokoon, mikä estää stimuluksen pääsyn korvaan. Käytä näissä tapauksissa inserttikuuloketta tai noudata paikallisia suosituksia.

6 Erikoistestit

Zodiac voi suorittaa erityisiä immittanssitutkimuksia, kuten ETF-P ja manuaalinen tympanometria.

Nämä tutkimukset kuvataan tarkemmin Zodiac Viiteopas -ohjekirjassa.

7 Tutkiminen Zodiac Diagnostic- tai Clinical - Tietokonepohjainen -laitteella

Jos käytät tutkimukseen OTOsuite-ohjelmaa MADSEN Zodiac Diagnostic- tai Clinical-laitteella, voit suorittaa tympanometriatutkimuksia ja edistyneitä refleksin testaustyyppejä. Tarkempia tietoja näistä tutkimuksista löytyy MADSEN Zodiac Viiteopas -käyttöoppaasta.

Tutkimustyyppin valinta

- Napsauta haluttua tutkimustulosvälilehteä OTOsuite-ohjelman immittanssimoduulissa.

Asetusten valitseminen

- Vaihda tutkimusasetuksia tarvittaessa ohjauspaneelistai tai **Työkalut** (Tools) > **Valinnat** (Options) -osiossa.

Tutkimuksen käynnistäminen

- Napsauta **Start**- tai **Present**-painiketta.



Tutkimuksen pysäyttäminen

- Tutkimus pysähtyy automaattisesti. Huom.: Jos tutkimus tuntuu potilaasta epämiellyttävältä, pysäytä se napsauttamalla **Stop**-painiketta tai poistamalla mittapää potilaan korvasta.



7.1 OTOsuite-ohjelman työkalupalkin kuvakkeet ja ohjauspaneelit


Työkalupalkin yleiset kuvakkeet

Ks. tarkempi kuvaus OTOsuite Käyttöopas -käyttöoppaasta.



Tutkimusnäyttöesimerkki

Tympanometria ja refleksin seulonta - Diagnostinen ja kliininen versio



- A. Istunnon aloittaminen ja lopettaminen
- B. Mittausvalinnat ja tutkimusten suorittaminen
- C. Tutkimustietojen tarkastelu
- D. Tulosten muokkaus
- E. Muiden tutkimustyyppien valinta



Istunnon aloittaminen ja lopettaminen


Työkalupalkin ikonit	
Työkalupalkissa olevat kuvakkeet riippuvat valitusta tutkimustoiminnosta.	
	Muokkaa potilaan tietoja (Edit client details) <ul style="list-style-type: none"> Napsauta luodaksesi uuden istunnon.
	Tulosta oletusraportti (Print default report) <ul style="list-style-type: none"> Napsauta tulostaaksesi oletustutkimusraportin nykyisestä potilaasta.
	Mittapään tarkistus (Probe Check) <ul style="list-style-type: none"> Napsauta tarvittaessa suorittaaksesi mittapään tarkistuksen.

Mittauksen valinnat


Testitoimintojen käyttöönotto ja käytöstä poistaminen	
 	Ota testitoimintoja käyttöön <ul style="list-style-type: none"> Aktivoi testi tai haluamasi testiasetus napsauttamalla. Painike muuttuu keltaiseksi osoittaen, että toiminto on käytössä.
 	Ota testitoimintoja pois käytöstä <ul style="list-style-type: none"> Poista käytöstä testit tai testausasetukset, joita et halua käyttää, napsauttamalla. Painike muuttuu harmaaksi osoitukseksi siitä, että toiminto on poistettu käytöstä.

Tymp.- ja refleksis. (Tymp. and Reflex Scr.)	
Tymp	Tympanometri (Tymp) (tympanometria) <ul style="list-style-type: none"> Valitse Tympanometri (Tymp)-tutkimus napsauttamalla.
Reflex Screening	Refleksin seulonta (Reflex Screening) <ul style="list-style-type: none"> Lisää Refleksin seulonta (Reflex Screening) Tympanometri (Tymp) -tutkimukseen napsauttamalla.
0.5k 1k 2k 4k	Refleksin seulonnan taajuudet (Hz) <ul style="list-style-type: none"> Paina valitaksesi haluamasi puhtaan ääneksen taajuudet refleksin seulontamittausta varten. <ul style="list-style-type: none"> 0,5 kHz 1 kHz 2 kHz 4 kHz
Noise	Melu (Noise) - Refleksiseulonnan melustimulus <ul style="list-style-type: none"> Paina valitaksesi laajakaistamelun refleksistimulukseksi.
Refleksikynnys (Reflex Threshold), Refleksin hajoaminen (Reflex Decay), Refleksin latenssi (Reflex Latency)	
Ipsi	Ipsi (Ipsi) (ipsilateraalinen) <ul style="list-style-type: none"> Valitse mittapään korvan refleksin testauksen stimuluksen tuotto puoli napsauttamalla.
Contra	Kontra (Contra) (kontralateraalinen) <ul style="list-style-type: none"> Valitse mittapäättömän korvan stimuluksen tuotto napsauttamalla.
0	$\pm P (\pm P)$ (Tasaa tavoitepaine TPP:stä) <ul style="list-style-type: none"> Paina haluttua nuolta valitaksesi paineen poikkeaman tärykalvon stabiloimiseksi.
1 kHz	Aseta stimulustyyppi <ul style="list-style-type: none"> Paina haluttua nuolta asettaaksesi stimulustyyppin.
80 dB	Aseta stimulustaso <ul style="list-style-type: none"> Paina haluttua nuolta laskeaksesi tai nostaaksesi stimulustasoa.


	<p>Manuaalinen (Manual)</p> <ul style="list-style-type: none"> Valitse manuaalisen refleksikynnyksen etsintä painamalla. Jokainen stimulus esitetään erikseen.
	<p>Autom. (Auto)</p> <ul style="list-style-type: none"> Valitse automaattisen refleksikynnyksen etsintä painamalla. Stimulukset esitetään peräkkäin.







	<p>Mittapään äänes</p> <ul style="list-style-type: none"> Paina valitaksesi halutun mittapään ääneksen hertseinä: <ul style="list-style-type: none"> – 226 – 768 (vain kliinisessä käytössä) – 800 (vain kliinisessä käytössä) – 1000
---	--

Manuaalinen tympanometri (Manual Tymp)








	<p>Aloita manuaalisen tympanometrian äänitys</p> <ul style="list-style-type: none"> Aloita äänitys napsauttamalla. Säädä sen jälkeen pumppua käyrän alapuolella olevasta liukupalkista.
---	---


Jaksotutkimus

	<p>Automaattinen jaksotutkimus</p> <p>Tällä toiminnolla voidaan yhdistää useita diagnostisia mittauksia ja ajaa ne automatisoituna jaksona. Kaikki jaksolle valitut toiminnot suoritetaan, kun painat Aloita (Start). Esim. Tympanometria + Ipsi- ja Kontrarefleksikynnykset useilla taajuuksilla.</p> <p>Voit muuttaa mitä tahansa jaksoon sisältyvien tutkimusten asetuksia.</p> <p>Voit valita, haluatko käynnistää jaksoja vai yksittäisiä testejä olkayksiköllä.</p>
---	---

Testien ajo	
  	<p>Korva (Ear)</p> <p>Tämä painike sijaitsee sekä Ohjauspaneelissa että mittapäissä.</p> <p>Napsauta tai paina tätä painiketta vuorotellaksesi nykyiseen mittaukseen liittyvää korvan valintaa. Painike näyttää valitun korvan värin.</p>
	<p>Aloita/Pysäytä (Start/Stop)</p> <p>Tämä painike sijaitsee sekä Ohjauspaneelissa että diagnostisen mittapään olkahihnassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Napsauttamalla tai painamalla tätä painiketta voit suorittaa tympanometrisen mittauksen ja aloittaa refleksin testaukset (ja lisäksi antaa manuaalisen refleksin testauksen stimuluksia). Testin voi keskeyttää sen aikana painamalla tai napsauttamalla tätä painiketta.
	<p>Esitä stimulus manuaalisesti</p> <ul style="list-style-type: none"> Muodosta manuaalinen refleksikyynnys napsauttamalla.
	<p>Aloita äänitys (admittanssin äänitys)</p> <ul style="list-style-type: none"> Napsauta aloittaaksesi admittanssivaihtelujen äänityksen.

Tutkimustietojen tarkastelu

Tympanogrammi	
 	<p>Vaihda tympanogrammin monoauralisen ja binauralisen näkymän väliltä.</p>
	<p>Nouda tietoja laitteelta.</p>
   	<p>Vaihda tällä nähdäksesi admittanssikomponentit konduktanssi ja herkkyys tai admittanssiedot.</p> <p>Admittanssi on valittu (Admittance is selected)</p> <p>Herkkyys/konduktanssi on valittu (Susceptance/Conductance is selected)</p> <p>Herkkyys on valittu (Susceptance is selected)</p> <p>Konduktanssi on valittu (Conductance is selected)</p>

Tympnogrammi	
	<p>Autom. skaalaus (Auto Scale) (tympnogrammi)</p> <p>Napsauta valitaksesi tympnogrammin automaattisen skaalauksen/tai poistaaksesi sen koko käyrän näyttämiseksi. Kun vaihdat korvaa tai potilasta, skaala palaa oletusarvoon.</p>

Muiden tutkimustyyppien valinta

Tutkimustyyppien välilehdet	<p>Napsauta valitaksesi halutun tutkimustyyppin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tymp.- ja refleksis. (Tymp. and Reflex Scr.) • Refleksikynnys (Reflex Threshold) • Admittanssin äänitys (Admittance Recording) • ETF-P (ETF-P) • Manuaalinen tympnometri (Manual Tymp)
------------------------------------	--

7.2 Uuden istunnon luominen

- Luo uusi istunto kohdassa OTOsuite.



- Kun haluat tutkia uuden potilaan, napsauta avataksesi **Asiakkaan tiedot** (Client Details)-ikkunan ja napsauta **Uusi istunto** (New Session).

Tämä sulkee senhetkisen potilaan tiedot, minkä jälkeen voit tallentaa uuden potilaan tiedot.

7.3 Tutkimusasetusten käyttö

In OTOsuite

Voit valita muut kuin tällä hetkellä valitut tutkimusasetukset.



- Avaa **Tutkimusvalitsin** (Test Selector) -ikkuna napsauttamalla. Tässä ikkunassa voit ladata käyttäjän määrittämiä tutkimuksia, erikoistutkimusasetuksia ja oletustutkimuksia.

7.4 Korvatipin asettaminen mittapähän

Quick Check-mittapää

- Suosittelemme ylisuuren korvatipin käyttöä Quick Check -mittapään kanssa.

Diagnostinen mittapää

Aseta korvatippi mittapähän.

Korvatipin asettaminen mittapäähän



1. Paina korvatippiä lujasti ja käännä sitä mittapään kärkeen, kunnes se istuu tukevasti mittapään runkoa vasten.

Korvatipin poistaminen

- Korvatippi poistetaan tarttumalla sen juureen ja vetämällä tippi suoraan mittapään kärjestä irti.

7.5 Mittapään sovittaminen potilaan korvaan

1. Katso korvakäytävään. On erittäin suositeltavaa suorittaa otoskopia ulkokorvan tilan arvioimiseksi ennen mittapään asettamista.
2. Jos korvakäytävä on tukossa, se voi vaikuttaa tutkimustulokseen. Puhdista korvakäytävä tarvittaessa.

Tärkeää • Mittapää voi vaurioitua, jos sen sisään pääsee nestettä.

Varoitus • Älä koskaan aseta mittapään kärkeä uuden potilaan korvakäytävään ilman puhdasta korvatippiä.

Varoitus • Korvatippiä voidaan käyttää molempiin korviin. Jos epäilet tulehdusta toisessa korvassa, käytä puhdasta korvatippiä ja mittapään kärkeä toisen korvan kanssa.

Tärkeää • Käytä aina sopivan kokoista korvatippiä. Väärin kokoisen korvatipin käyttäminen mittapäässä tai liiallinen voimankäyttö voi aiheuttaa potilaalle tarpeetonta kipua.

Aseta mittapää korvaan

1. Voit käyttää kädessä pidettävän mittapään kanssa hieman ylisuurta korvatippiä tiiviyden aikaansaamiseksi käytettäessä useissa erikokoisissa korvakäytävissä.
Ylisuurta korvatippiä ei ole tarkoitettu asetettavaksi korvakäytävään.
2. Aseta korvatippi mittapäähän.

3. Aseta olkahihna potilaan olkapäälle.
4. Tartu mittapään tasaamiseksi ja mittapään potilaan korvakäytävää vasten jumittumisen välttämiseksi korvalehteen ja vedä sitä varovasti hieman pois päin kallosta.
 - Aikuisille: vedä pinnaa ylös ja taakse.
 - Vauvoille ja lapsille: vedä pinnaa alas ja taakse.
5. Aseta mittapää potilaan korvakäytävään kääntäen mittapäättä samalla varovasti. Kun mittapää on paikoillaan, irrota otteesi varovasti.

Diagnostisen mittapään asettaminen



6. Varmista, että korvatippi istuu hyvin. Tämä ehkäisee mittapään kärjen tukkimisen korvakäytävän seinää vasten. Tasainen tympanogrammi yhdessä epätavallisen pienen korvakäytävän tilavuuden kanssa viittaavat tukkeutuneeseen mittapähän.
Mittaus ei käynnisty automaattisesti, jos korvakäytävän tilavuuslukema on alle 0,1.
7. Pienikin vuoto keskeyttää tutkimuksen. Mittapää ilmoittaa mahdollisista vuodoista.

Mittapään tila ja vuoto

Merkkivalot

Mittapään värilliset merkkivalot syttyvät merkiksi eri tiloista. Olkahihnan ohjauslevy näyttää aina valitun korvan värin, jos käytössä on diagnostinen mittapää.

Mittapään väri	Tila
Punainen	<ul style="list-style-type: none"> • Oikea korva valittu tutkittavaksi korvaksi • Laite on joutotilassa
Sininen	<ul style="list-style-type: none"> • Vasen korva valittu tutkittavaksi korvaksi • Laite on joutotilassa
Vihreä	<ul style="list-style-type: none"> • Tutkimus on käynnissä
Keltainen	<ul style="list-style-type: none"> • Vuoto


OTOSuite-ilmaisimet

Väri	Tila
Vihreä	<ul style="list-style-type: none"> • Mittausten aikana OTOSuite näyttää online-arvot vihreällä taustalla.

Mittapään vuoto

Jos mittapää vuotaa tutkimuksen aikana, tämä näkyy OTOsuite-näytöllä.

Jos käytät Quick Check-mittapäätä, vuotoilmoitus pysyy voimassa, kunnes otat mittapään pois korvasta ja yrität uudelleen.



Mittapää tukossa

Jos mittapää tukkeutuu tutkimuksen aikana, tämä näkyy OTOsuite-näytöllä.



Jos käytät Quick Check-mittapäätä, ilmoitus tukkeutuneesta mittapäästä pysyy voimassa, kunnes otat mittapään pois korvasta ja yrität uudelleen.



7.6 Jaksotutkimus

Voit suorittaa immittanssitutkimukset jaksona.

1. Napsauta ohjauspaneelin **Jakso** (Sequence)-alueella **Jaksovalinnat** (Sequence Options)-painiketta valitaksesi tutkimukset ja erikoisasetukset.
2. Napsauta valintaruutuja niiden tutkimusten vieressä, jotka haluat mukaan jaksoon.
3. Muokkaa tarvittaessa refleksiasetuksia, jotka haluat sisällyttää automaattisiin testausjaksoihin.



Huomautus • Voit ottaa asetuksen käyttöön jaksosten käynnistämiseksi suoraan olkayksikön **Aloita** (Start)-painikkeella.

7.7 Tympanometria

Tympanogrammin voi ottaa joko erillisenä mittauksena tai osana diagnostista jaksoa tai seulontajaksoa. Jaksotutkimuksessa refleksin testaus suoritetaan automaattisesti tympanometrian jälkeen.

Seuraavasta osiosta löytyy kuvaus tympanometrian suorittamisesta yksittäisenä testinä. Tämä tarkoittaa, että jaksotoiminto ei ole käytössä.

Mittapään aktivointi

Jos mittapäätä ei ole aktivoitu (mittapään valo ei pala), aktivoi mittapää:

- Diagnostinen mittapää: Paina Zodiac-laitteen **Korva** (Ear)-painiketta tai ohjausyksikön **Aloita/Pysäytä** (Start/Stop)-painiketta.
- Quick Check-mittapää: Paina mittapään **Korva** (Ear)-painiketta.


Mittapähän syttyy korvan väri sen aktivoinnin merkiksi.



Tutkimuksen käynnistäminen

1. Napsauta ohjauspaneelin **Tympanometri** (Tymp)-painiketta. Varmista, että vain **Tympanometri** (Tymp)-painike on valittu.
2. Aseta mittapää potilaan korvaan.
3. Pyydä potilasta istumaan tutkimuksen aikana erittäin hiljaa, päätä tai leukaa liikuttamatta.
4. Aloita tutkimus napsauttamalla **Aloita** (Start)-painiketta.

Pieni vihreä piste Aloita-painikkeen kulmassa tarkoittaa, että se voidaan käynnistää kauko-ohjauksella mittapään painiketta painamalla. Valitse tarvittaessa **Työkalut** > **Valinnat** (Tools > Options) muuttaaksesi tätä asetusta.



Tutkimuksen pysäyttäminen

Tutkimus keskeytyy automaattisesti, mutta sen voi tarvittaessa pysäyttää myös manuaalisesti.

1. Napsauta Ohjauspaneelin **Pysäytä** (Stop)-painiketta tai mittapään **Aloita/Pysäytä** (Start/Stop)-painiketta.
2. Tutkimus keskeytetään välittömästi.


Uuden tympanometripyyhkäisyn tekeminen

1. Tee uusi pyyhkäisy napsauttamalla **Aloita**-nappia.

Jos haluat kirjoittaa aiemman tympanogrammin päälle, napsauta haluamaasi käyrää tulostaulukossa korostaaksesi sen.

7.7.1 Tympanometria-näyttö

Kun mittaus alkaa, mittauksen suoritusta voi seurata reaaliajassa näytöltä.



- A. Ohjauspaneelin valinnat
- B. Tympanometriakäyrä
- C. Tulostaulukko

A. Ohjauspaneelin valinnat

Mittaustyyppi ja mittapään äänes hertseinä.

B. Tympanometriakäyrä

Kaavioalue näyttää tympanometriset käyrät ja voi skaalautua automaattisesti käyrien mukaan.

- Tympanometriset käyrät
- Paine- ja admittanssiskaalat
- Korvakanavan äänenvoimakkuuspalkki
- **Normaali alue**

Korvakäytävän tilavuus kerrotaan kaavion oikealla puolella.

C. Tulostaulukko

Tulostaulukossa näkyvät tällä hetkellä valittuna olevaan käyrään liittyvät tulokset. Kun napsautat tulosrivä, siihen liittyvä käyrä korostuu tympanometriakaavioalueella.

Yksittäisen mittauksen voi korvata poistamalla käyrän ja muuttamalla mittauksen valintoja, mikä tekee yksittäisen mittauksen uudelleen.

- **Mittapään tarkistus** (Probe check) (mittapään äänes hertseinä)
- **TPP** (TPP) (Tympanometrinen huippupaine)
- **ECV** (ECV) (Vastaava korvakäytävän äänenvoimakkuus)
- **SA** (SA) (Staattinen admittanssi) tai **SC** (SC) (staattinen komplianssi) kun käytetään vastaavia äänenvoimakkuuden yksiköjä
- **TW-suhde** (TW/Ratio) (Tympanometrinen leveys/Tympanometrinen suhde). Kuvaa käyrän jyrkkyyttä.
- **Tyyppi** (Type) (Jerger-tyypit A, As, Ad, B, C, D ja E ilmaisevat 226 Hz:n käyrän muotoa). Voit asettaa sen tyyppin määritettäväksi automaattisesti, mutta sitä voi myöhemmin tarvittaessa muuttaa manuaalisesti.

Tulosten muokkaus

Jos haluat muokata tuloksia tulostaulukossa, napsauta hiiren oikealla painikkeella mittausrivä, jota haluat muokata, ja valitse tulos valikosta.

- **Siirrä ylös** (Move up)
- **Siirrä alas** (Move down)
- **Aseta ensisijaiseksi** (Set as Primary)
- **Vaihda tyyppi** (Change Type)
- **Vaihda korvaa...** (Swap Ear...)
- **Poista käyrä** (Delete Curve)
- **Poista kaikki tämän korvan käyrät** (Delete all curves for this ear)

7.8 ETF-I (korvakäytävän toiminta - ehjä)-tutkimus


Huomautus • Tämä tutkimus on käytettävissä vain, jos MADSEN Zodiac tukee diagnostista tutkimusta.

Toimenpide

Tässä tutkimuksessa käytetään kolmea tympanometrian tulostaulukon tulosriviä.

Jos haluat tulostaa ne, varmista, että kaikki kolme ovat valittuina tympanometrian tulostaulukossa.

1. Valitse **Tymp.- ja refleksis.** (Tymp. and Reflex Scr.)- tutkimusnäyttö.
2. Mittaa tympanogrammi.
3. Neuvo potilasta suorittamaan joko Valsalvan tai Toynbeen koe.
4. Mittaa toinen tympanogrammi.
5. Vertaa tympanogrammeja vaiheista 1 ja 3 monikerroksisessa tympanogrammissa.
6. Voi olla hyvä toistaa toimenpide erilaisilla tekniikoilla ja ohjausliikkeillä osana tutkimussarjaa, jolla pyritään arvioimaan täysin korvatorven toiminta.



Huomautus • Voit käyttää ETF-I:hin myös manuaalista tympanometriaa. Manuaalisessa tympanometriassa voit helpottaa tasausliikkeitä pitämällä paineen tasaisena mittausten välillä.

7.9 Akustisen refleksin testaus

MADSEN Zodiac määrittää akustiset refleksit automaattisesti eri stimulustasoilla.

Huomautus • On suositeltavaa, että suoritat tympanometrisen tutkimuksen ennen akustisen refleksin mittauksia ja määrität akustisen refleksin kynnyksen ennen refleksin hajoamisen mittausta.

Suuret intensiteettitasot

Huomautus • On suositeltavaa, että asetat maksimi-intensiteetiksi 100 dB HL, jotta korkeat stimulustasot eivät keskeyttäisi automaattista tutkimusta varoitusrajoja lähestyessä. Voit tarvittaessa aina täydentää automaattisia refleksimittauksia manuaalisella testauksella.

Varoitus • Äänenpainetaso nousee korvakäytävässä, kun tutkittavana on potilaita, joilla on pienet korvakäytävät. Noudata aina paikallisia käytäntöjä ja suosituksia kovien stimulusten esittämiseksi.

Aina kun intensiteettitaso ylittää varoitusason (>100 dB HL), näytölle tulee varoitusviesti ja saat kehoitteen päättää, jatketaanko vai siirrytäänkö seuraavaan stimulustyyppiin.

7.9.1 Refleksikynnystutkimus

Refleksikynnyksen voi mitata joko erillisenä mittauksena tai osana diagnostista jaksoa. Testi ehdottaa jaksotutkimuksessa automaattisesti kynnystasoa. Tarkasta tämä tulos huolellisesti ja säädä sitä tarvittaessa.

Seuraavasta osiosta löytyy kuvaus refleksin kynnystestin suorittamisesta yksittäisenä testinä. Tämä tarkoittaa, että jaksotoiminto ei ole käytössä.

Huomautus • On suositeltavaa, että suoritat tympanometrisen tutkimuksen ennen akustinen refleksin mittauksia ja määrittät akustisen refleksin kynnyksen ennen refleksin hajoamisen mittausta.

Tutkimuksen käynnistäminen

1. Valitse manuaalinen tutkimus.
2. Pyydä potilasta istumaan tutkimuksen aikana erittäin hiljaa, päätä tai leukaa liikuttamatta.
3. Varoita potilasta tutkimuksen koväänisyydestä.
4. Paina joko **Ipsi** (Ipsi)- tai **Kontra** (Contra)-refleksipainiketta.
5. Valitse taajuus, jota haluat testata: Napsauta soveltuvaa nuolinäppäintä.
6. Voit tarvittaessa tasoittaa painetta stabiloidaksesi mittaukset: Napsauta soveltuvaa nuolinäppäintä.
7. Aseta stimulustaso. Napsauta soveltuvaa nuolinäppäintä.

Huomautus • Saat varoituksen suuresta stimuluksen intensiteettitasosta varoitusrajaa lähestyttäessä.

8. Esitä yksittäinen stimulus napsauttamalla **Esitä** (Present)-painiketta.
9. Toista nämä vaiheet tarvittaessa, kunnes olet kerännyt kaikki halutut mittaukset.

Varoitus • Jos potilas kokee olonsa epä mukavaksi, pysäytä tutkimus. Tutkimus keskeytetään välittömästi. Jo mitatut tulokset säilytetään.


Tutkimuksen pysäyttäminen


Tutkimus keskeytyy automaattisesti, mutta sen voi tarvittaessa pysäyttää myös manuaalisesti.

1. Napsauta Ohjauspaneelin **Pysäytä** (Stop)-painiketta tai mittapään **Aloita/Pysäytä** (Start/Stop)-painiketta.
2. Tutkimus keskeytetään välittömästi.

7.9.1.1 Refleksikynnysnäyttö

Kun mittaus alkaa, mittauksen suoritusta voi seurata reaaliajassa näytöltä.





- A. Refleksikynnyksen poikkeamakäyrät
- B. Elävä lähtötason kaavio
- C. Tympanogrammi
- D. Kynnyksen tietojen taulukko

A. Refleksikynnyksen poikkeamakäyrät

Kaavioalue näyttää refleksin poikkeaman käyrät, niihin liittyvän tason ja poikkeaman arvot numeroina.

- Refleksin poikkeamakäyrät
Jokaisen kaavion yläpuolella olevat numeroarvot (esim. Ipsi, 1 k, 80 dB HL) ilmaisevat stimuluksen puolen, käyrän maksimipoikkeaman ja käytetyn stimuluksen intensiteetin.
- Määrätty kynnyks on reunustettu (valinnainen asetus).
- Vaakasuora katkoviiva refleksikaaviossa osoittaa esimääritetyn refleksikriteerin.

B. Elävä lähtötason kaavio

Elävä lähtötasokaavio aloittaa lähtötason mittaamisen heti, kun mittapään sovitin on onnistuneesti saavutettu. Se kuvaa fyysisten mittaolosuhteiden vakautta. Vakaus heijastuu suoraan poikkeamakäyrissä, jos mittaus suoritetaan.

Erityisen terävähuippuisissa tympanogrammeissa lähtötason stabiliteettia voi usein parantaa tasoittamalla tympanometrisen huipun paineesta aiheutuvaa tavoitepainetta.

C. Tympanogrammi

Ensisijainen tympanogrammi näkyy tässä näkymässä.

D. Kynnyksen tietojen taulukko

Voit napsauttaa tietotaulukon yksittäisiä mittauksia tarkastellaksesi ja muokataksesi niitä vastaavia poikkeamakäyriä.

Tässä taulukossa näkyvät asetukset ja mittaustulokset.

- Mittapään äänes hertseinä
- Stimuluspuoli (Ipsi mittapäällisessä korvassa ja Kontra vastakkaisessa korvassa)
- Stimulustaajuus
- Kynnystaso, jos määriteltä, tai Ei vastetta, jos määriteltä
Jos tiettyä kynnystä ei ole määriteltä, mittausta osoittaa merkki.

Tulosten muokkaus	
Muokkaa ominaisuuksia valitsemalla käyrä.	<ul style="list-style-type: none"> • Poista (Delete) • Vaihda vasemman ja oikean korvan tiedot keskenään (Swap Data Between Left and Right Ear) • Aseta kynnyks (Set Threshold) • Aseta "Ei vastetta" (Set No Response) • Poista kynnyksen tiedot (Remove Threshold Information)


7.9.2 Refleksin hajoamisen tutkimus

Varoitus • Refleksin hajoamistutkimus on kynnyksen ylittävä tutkimus, jossa stimulustasot ovat erittäin korkeat pidemmän aikaa. Varmista, ettei tutkimuksen suorittamiselle ole mitään esteitä.

Huomautus • On suositeltavaa, että suoritat tympanometrisen tutkimuksen ennen akustinen refleksin mittauksia ja määrität akustisen refleksin kynnyksen ennen refleksin hajoamisen mittausta.

Tutkimuksen käynnistäminen

1. Pyydä potilasta istumaan tutkimuksen aikana erittäin hiljaa, päätä tai leukaa liikuttamatta.
2. Varoita potilasta tutkimuksen kovaäänisyydestä. Mittaus kestää noin 10 sekuntia.
3. Paina joko **Ipsi** (Ipsi)- tai **Kontra** (Contra)-refleksipainiketta.
4. Valitse taajuus, jota haluat testata: Napsauta soveltuvaa nuolinäppäintä.
5. Voit tarvittaessa tasoittaa painetta stabiloidaksesi mittaukset: Napsauta soveltuvaa nuolinäppäintä.
6. Aseta stimulustaso. Taso kerrotaan näytön harmaalla ajantasaisten arvojen alueella.
7. Aloita tutkimus esimääritetyllä stimuluksella napsauttamalla **Present**-painiketta.
8. Toista nämä vaiheet tarvittaessa, kunnes olet kerännyt kaikki halutut mittaukset.



Varoitus • Jos potilas kokee olonsa epämukavaksi, pysäytä tutkimus. Tutkimus keskeytetään välittömästi. Jo mitatut tulokset säilytetään.


Tutkimuksen pysäyttäminen

Tutkimus keskeytyy automaattisesti, mutta sen voi tarvittaessa pysäyttää myös manuaalisesti.

1. Napsauta Ohjauspaneelin **Pysäytä** (Stop)-painiketta tai mittapään **Aloita/Pysäytä** (Start/Stop)-painiketta.
2. Tutkimus keskeytetään välittömästi.

7.9.2.1 Refleksin hajoaminen -näyttö

Kun mittaus alkaa, mittauksen suoritusta voi seurata reaaliajassa näytöltä.



- A. Refleksin hajoamisen kaavio
- B. Elävä lähtötason kaavio
- C. Tympanogrammi
- D. Hajoamisen tietotaulukko

A. Refleksin hajoamisen kaavio

Kaavio osoittaa valitun stimuluksen puoliintumisajan ja refleksin hajoamisen käyrän.

- Stimuluksen alun merkki (sääädä tarvittaessa napsauttamalla ja vetämällä)
- Puoliintumisajan merkki (sääädä tarvittaessa napsauttamalla ja vetämällä)
- Aikajana sekunteina
- Stimulus päällä/pois -merkit
- Valitun stimuluksen poikkeamakäyrä

B. Elävä lähtötason kaavio

Elävä lähtötasokaavio aloittaa lähtötason mittaamisen heti, kun mittapään sovitus on onnistuneesti saavutettu. Se kuvaa fyysisten mittaolosuhteiden vakautta. Vakaus heijastuu suoraan poikkeamakäyrissä, jos mittaus suoritetaan.

E erityisen terävähuippuisissa tympanogrammeissa lähtötason stabiliteettia voi usein parantaa tasoittamalla tympanometrisen huipun paineesta aiheutuvaa tavoitepainetta.

C. Tympanogrammi

Ensisijainen tympanogrammi näkyy tässä näkymässä.

Hajoamisen tietotaulukko	
<p>Voit napsauttaa tietotaulukon yksittäisiä mittauksia tarkastellaksesi ja muokataksesi niitä vastaavia käyriä.</p> <p>Tässä taulukossa näkyvät asetukset ja mittaustulokset.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mittapään äänes hertseinä Stimuluspuoli Stimulustaajuus Stimulus päällä/pois -merkit 	

Tulosten muokkaus	
Napsauta ja vedä käyrää tarvittaessa säätääksesi sitä	<ul style="list-style-type: none"> Stimuluksen alun merkki Puoliintumisajan merkki
Muokkaa ominaisuuksia valitsemalla käyrä.	<ul style="list-style-type: none"> Poista käyrä (Delete Curve) Poista kosketusnäytön käyrä (Delete Curve for Touchscreen)

8 Tutkimustulosten tulostaminen OTOsuite-ohjelmasta


Tulosta tutkimusraportti OTOsuite-ohjelman tulostustoiminnolla.

Tympanometria

- Napsauta **Tulosta** (Print)-sarakkeen valintaruutuja valitaksesi tai poistaaksesi käyrät, jotka haluat sisällyttää tutkimusraporttiin.

Valitusta raportista riippuen raporttiin voidaan sisällyttää vain muutama ylin tympanogrammi.

Valitse raporttimalli, johon voidaan tulostaa tarvittava määrä käyriä.

	Ear	TPP	ECV	SC	TW	Type	Probe
<input checked="" type="checkbox"/>	R	-140	0,6	0,5	62	C	226
<input checked="" type="checkbox"/>	R	-195	1,3	0,2	52	AS	226
<input checked="" type="checkbox"/>	L	70	1,1	1,1	77	C	226
<input checked="" type="checkbox"/>	L	80	2,0	0,4	64	C	226
		daPa	ml	ml	daPa		Hz

9 Vianmääritys

9.1 Mittapään viat - mahdolliset syyt

Tutkimusta voivat vaikeuttaa monet eri tekijät, joista voi seurata vuotoa tai mittapääongelmia.

- Korvatippi ei istu hyvin
- Korvatippiä ei ole asetettu kunnolla korvakäytävään

- Mittapään kärjen aukko on korvakäytävän seinän tukkima.
- Korvatippi voi olla vanha ja kovettunut
- Mittapään kärkeä ei ole kiinnitetty kunnolla mittapään runkoon
- Korvakäytävän karvat jäävät korvatipin ja korvakäytävän seinämän väliin
- Mittapään kärki on tukkeutunut liasta tai nesteestä
- Suorita mittapään tarkistus varmistaaksesi, ettei mittapäässä ole toimintahäiriöitä.

10 Huolto, puhdistus ja kalibrointi

Varoitus • Älä koskaan pura laitetta MADSEN Zodiac. Ota yhteys laitteen toimittajaan. Vain valtuutetut henkilöt saavat tarkastaa ja huoltaa MADSEN Zodiacin sisäisiä osia.

10.1 Huolto

Varoitus • Turvallisuussyistä ja jotta takuu pysyy voimassa, lääkinnällisen sähkölaitteen huolto ja korjaus on annettava ainoastaan laitteen valmistajan tai valtuutetun korjaamon huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Jos laitteeseen ilmaantuu vika, laadi yksityiskohtainen kuvaus viasta/vioista ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Älä käytä viallista laitetta.

Mittapään vaihtaminen

Diagnostinen mittapää (sekä tietyissä tapauksissa Quick Check-mittapää) on pysyvästi kytketty laitteeseen.

Tärkeää • Vain valtuutettu teknikko saa irrottaa tai vaihtaa Zodiac-mittapään.

10.2 Laitteen puhdistaminen

Tärkeää • Huolehdi, että noudatat paikallisia infektioiden hallintamääräyksiä.

Tärkeää • Käytä vain laitteen puhdistamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita.

Lue kohta [Suositellut puhdistusaineet](#) ► 32.

Taajuus

Suosittellemme, että Zodiac-laitteen ja lisäosien, kuten mittapäiden ja kuulokkeiden, puhdistamisen seuranta varten laaditaan aikataulu.

Edellytykset

- Ennen puhdistusta MADSEN Zodiac on sammutettava ja irrotettava ulkoisesta virtalähteestä.
- Irrota kontralateraalinen kuuloke tarvittaessa MADSEN Zodiac -laitteesta.

Olkahihnan puhdistaminen

Lue kohta [Olkahihnan puhdistaminen](#) ► 32.

Mittapään kärjen puhdistaminen

Lue kohta [Mittapään ja mittapään kärjen puhdistaminen](#) ► 33.

Hävittäminen

Kertakäyttöisten tarvikkeiden, kuten korvatippien ja mittapään kärjen puhdistuslangan, hävittämiseen ei ole erityisiä vaatimuksia, eli ne voidaan hävittää paikallisten säädösten mukaisesti.

10.2.1

Suosittelut puhdistusaineet

Tärkeää • Käytä vain laitteen puhdistamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita.

Suosittellemme, että laitteen puhdistamiseen käytetään alkoholittomia desinfiointiliinoja (esim. Audio-liinoja) tai kevyesti suositellulla puhdistusaineella kostutettua kangasliinaa, jolla varmistetaan laitteen kunnollinen desinfiointi ja mahdollisimman pitkä käyttöikä.

Suosittellemme seuraavia kemiallisia nesteitä:

Kaapin pinnat ja mittapäät

- Alkoholittomat desinfiointiliinat (esim. Audio-liinat)
- Alle 0,1 %:n vahvuiset ammoniumyhdisteet (esim. dimetyyli-bentseeniammoniumkloridi)
- Aldehydiliuokset (esim. glutaaraldehydi),
- Oksidoivat aineet (esim. alle 3 %:n vahvuinen vetyperoksidi)
- Alle 0,6 %:n vahvuinen ortohtaalialdehydi

Tärkeää • Jos muoviosat upotetaan puhdistusaineeseen, ne hajoavat.

10.2.2

Olkahihnan puhdistaminen

Käytä pehmeää, kosteaa kangasta ja pientä määrää pesuainetta olkahihnan ja ohjauksyksikön puhdistamiseen.

Olkahihnan voi irrottaa ohjauksyksiköstä huolellisempaa puhdistusta varten.

10.2.3 Mittapään ja mittapään kärjen puhdistaminen

Vaikka mittapää onkin suunniteltu helposti puhdistettavaksi, niiden puhdistaminen tulee silti tehdä huolellisesti, jotta ne kestävät mahdollisimman kauan.

Huomautus • Tarkista mittapään kärjen äänikanavat joka kerta, kun olet käyttänyt mittapäättä. Jo pienet määrät vaikkua tai lapsenkinäa voivat tukkia äänikanavat. Puhdista äänikanavat tarvittaessa.

Huomautus • Tarkat tutkimustulokset saadaan vain käyttämällä korvatippejä, jotka Otometrics on erityisesti hyväksynyt MADSEN Zodiac -laitetta varten.

Mittapään putket tukkiva korvakäytävän lika voi johtaa epänormaalin suuriin korvakäytävän tilavuuslukemiin, vuotoviesteihin ja muihin outoihin tuloksiin. Tarkista mittapään kärjen kanavat joka kerta, kun käytät mittapäättä. Jo pienet määrät vaikkua tai lapsenkinäa voivat tukkia mittapään kanavat.

Varoitus • Aseta mittapähän uusi kärki, jos tutkittavan korvan korvakäytävässä on tulehdus. Mittapään renkaan puhdistaminen voi myös olla tarpeen.

Mittapään puhdistaminen

- Pyyhi mittapään kärki desinfiointipyyhkeellä, kuten Audio-liinoilla, potilaasta toiseen siirryttäessä tai vaihda se uuteen.
- Pyyhi kaapeli desinfiointipyyhkeellä, kuten Audio-liinoilla.
- Pyyhi mittapään pidike desinfiointipyyhkeellä, kuten Audio-liinoilla.
- Käytä vaihtoehtoisesti kosteaa, nukkaamatonta liinaa ja pientä määrää suositusten mukaista pesuainetta.


Mittapään kärjen puhdistaminen ja vaihtaminen

Järjestelmän mukana toimitetaan varakärjet mittapähän. Tarvittaessa voit nopeasti vaihtaa mittapään kärjen ja puhdistaa tai hävittää vanhan kärjen päivän päättyessä.

Jos mittapään kärki on hieman tukossa, puhdista mittapään kärjen kanavat mittapään puhdistuslangalla.

Huomautus • Kansallisia hygieniamääräyksiä on aina noudatettava desinfioinnin osalta.

- A. Mittapään runko
- B. Mittapään rengas
- C. Mittapään kärki



1. Jos haluat poistaa mittapään kärjen, pidä mittapäästä kiinni sen rungosta ja väännä mittapään rengasta vastapäivään. Tämä saa mittapään kärjen irtoamaan.




Tärkeää • Pienikin määrä kosteutta voi liuottaa mahdollisia vaikkujämiä ja siten saastuttaa mittapään rungon herkät osat.

2. Irrota mittapään kärki.



3. Tarkista, ovatko mittapään äänikanavat tukossa. Mittapähän voi tämän jälkeen kytkeä uuden mittapään kärjen, tai äänikanavat voi puhdistaa laitteen mukana toimitetulla mittapään kärjen puhdistuslangalla.

Tärkeää • Älä koskaan puhdistaa mittapään rungon äänikanavia, koska se voisi vahingoittaa mittapäätä.



A. Äänikanavat

4. Kiinnitä mittapään kärki mittapähän ja väännä mittapään rengasta myötäpäivään kiinnittääksesi kärjen paikalleen mittapään runkoon.

10.2.4 Tutkimusontelot

Jos tutkimusontelo kontaminoituu, älä käytä sitä. Hävitä se ja vaihda uuteen.

10.3 Kalibrointi

Laite ja mittapäät toimitetaan täysin kalibroituina.

- Laite kalibroidaan tehtaassa dB SPL- tai dB HL -arvon mukaan käyttämällä ilmoitettuja referenssikynnyksiä. dB HL liittyvät äänenpainetasoihin, dB SPL = dB re 20 µPa.
- Mittapään kalibrointi-arvot tallennetaan mittapääkokonaisuuteen. Mittapäät ovat heti käyttövalmiita. Tämä koskee myös kontralateraalista inserttikuloketta.

Mittapään tarkistus

Mittapää tulee tarkistaa päivittäin.

Lue kohta [Mittapään tarkistus](#) ► 35.

Lisäadmittanssitarkistuksia voidaan myös suorittaa. Lue kohta MADSEN Zodiac Viiteopas.

Huomautus • Jos tutkimusympäristö muuttuu (esim. kosteus lisääntyy tai aiot tutkia eri korkeudella), tee uusi mittapään tarkistus varmistaaksesi, että järjestelmän mittaustulokset ovat oikeita.

Vuosittainen kalibrointi

- Laite ja mittapää(t) tulee kalibroida kerran vuodessa valtuutetun huolto-osaston toimesta.

Varoitus • Kansallisia viranomaismääräyksiä ja sääntöjä on aina noudatettava.

Das Gerät und die Sonden müssen gemäß §11 MPBetreibV einmal jährlich, durch einen autorisierten Wartungsdienstleister, Messtechnisch überprüft und kalibriert werden.

10.4 Mittapään tarkistus

Mittapään oikean toiminnan varmistamiseksi on suositeltavaa suorittaa mittapään tarkistus jokaisen päivän alussa.

Tärkeää • Puhdista ja desinfioi mittapää aina ennen sen asettamista testionteloon.

Huomautus • Jos tutkimusympäristö muuttuu (esim. kosteus lisääntyy tai aiot tutkia eri korkeudella), tee uusi mittapään tarkistus varmistaaksesi, että järjestelmän mittaustulokset ovat oikeita.

1. Käytä uutta mittapäätä tai varmista, että mittapään kärki on puhdistettu ja desinfioitu ennen sen asettamista tutkimusonteloon. Tällä huolehditaan siitä, että mittapään kärki ei vaikuta mittapäätestiin ja että tutkimusontelo ei ole likainen.
2. Työnnä mittapään kärki ilman korvatippiä 2 cc:n testionteloon.
3. Mittapään tarkistuksen valitseminen:

OTOSuite -järjestelmästä:

- Napsauta **Mittapään tarkistus** (Probe check) -kuvaketta työkalupalkista.

Mittapään tarkistus käynnistyy automaattisesti. Ellei, käynnistä tarkistus napsauttamalla **Aloita** (Start) -painiketta.

Mittapää tarkistetaan tukkeuman ja vuodon osalta. Jos mittapään tarkistuksen tulos on 1,9–2,1 mmho/cc/ml 226 Hz:llä, mittapää toimii oikein. Jos tulos on tämän alueen ulkopuolella, suosittelemme, että kalibroiti admittanssin.

Lisäadmittanssitarkistuksia voidaan myös suorittaa. Lue kohta MADSEN Zodiac Viiteopas.

Jos on mittapäävirhe

Mittapään toimintahäiriö voi johtua tukoksesta tai viallisesta mittapäästä.

- Jos mittapää on tukossa, puhdista tai vaihda sen kärki.
- Jos mittapää on viallinen, sovi korjauksesta valtuutetun huoltoliikkeen kanssa.

11 Tekniset tiedot

Tyyppi

MADSEN Zodiac on tyyppi 1096 mallista GN Otometrics A/S

Vaatimustenmukaisuuden mittausjärjestelmä

Mittapään äänes:	226 Hz tasolla 85 dB SPL \pm 3 dB 678 Hz tasolla 72 dB SPL \pm 3 dB 800 Hz tasolla 70,5 dB SPL \pm 3 dB 1000 Hz tasolla 69 dB SPL \pm 3 dB
Mittapään dynaaminen äänestaso:	Mittapään äänestaso korjataan vaihtelevien korvakäytävän tilavuuksien huomioimiseksi. Lähtötasoa lasketaan, kun tilavuus on alle 1,7 ml Lähtötasoa nostetaan, kun tilavuus on yli 2,3 ml
THD:	< 1 % 2 cc:ssä
Taajuuden tarkkuus:	\pm 0,5 %
Alue:	0,2 ml - 5,0 ml \pm 5 % tai 0,05 ml sen mukaan kumpi on suurempi * 5,0 ml - 8,0 ml \pm 15 % *

* Ilmoitettu tarkkuus edellyttää, että kalibrointi on suoritettu korkeudessa, jossa laite otetaan käyttöön

Akustinen refleksi**Herkkyyks**

Refleksikynnys ja refleksin hajoaminen:	0,01, 0,02, 0,03, 0,04 tai 0,05 mmho
Refleksin seulonta:	0,04 mmho
Askeleen koko dB:	Diagnostic: 5, 10 dB Clinical: 1, 2, 5, 10 dB

Kontralateraalinen stimulaatio

Puhtaat äänekset:	500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz
Taajuuden tarkkuus:	± 0,5 %
Alue:	BBN, LPN, HPN tasolla 50 - 110 dB SPL * ±3 dB * mitattuina vastaavista koplereista

Kontralateraalinen inserttikuuloke: Kontralateraalinen TDH-39-kuuloke:

Alue:	500 Hz tasolla 50 - 115 dB HL ± 3 dB	500 Hz tasolla 50 - 115 dB HL ± 3 dB
	1000 Hz tasolla 50 - 120 dB HL ± 3 dB	1000 Hz tasolla 50 - 120 dB HL ± 3 dB
	2000 Hz tasolla 50 to 120 dB HL ± 3 dB	2000 Hz tasolla 50 - 115 dB HL ± 3 dB
	4000 Hz tasolla 50 - 120 dB HL ± 3 dB	4000 Hz tasolla 50 - 115 dB HL ± 3 dB
THD:	< 5 % tasoille alle 110 dB HL	< 2,5 % tasoille alle 110 dB HL
	< 10 % tasoille yli 110 dB HL	< 5 % tasoille yli 110 dB HL

Ipsilateraalinen stimulaatio

Äänes:	500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz
Taajuuden tarkkuus:	± 0,5 %
Kynnysalue:	500 Hz tasolla 50 - 105 dB HL ± 3 dB 1000 Hz tasolla 50 - 110 dB HL ± 3 dB 2000 Hz tasolla 50 - 110 dB HL ± 3 dB * 4000 Hz tasolla 50 - 100 dB HL ± 3 dB * Yli 226 Hz:n mittapään ääneksissä artefakteja voi alkaa esiintyä yli 105 dB HL - tasoilla
Seulonta-alue:	500 Hz tasolla 70 - 100 dB HL ± 3 dB 1 000 Hz tasolla 70 - 105 dB HL ± 3 dB 2 000 Hz tasolla 70 - 105 dB HL ± 3 dB * 4 000 Hz tasolla 70 - 105 dB HL ± 3 dB * Yli 226 Hz:n mittapään ääneksissä artefakteja voi alkaa esiintyä yli 105 dB HL - tasoilla
THD:	< 5 % tasoille alle 110 dB HL < 10 % tasoille yli 110 dB HL
Alue:	BBN, LPN, HPN tasolla 50 - 110 dB SPL * ±3 dB (* mitattuna kalibrointikoplerista)

Seulonta-alue:	BBN tasolla 50 - 90 dB SPL * ± 3 dB (* mitattuna kalibrintikoplerista)
Askeleen koko dB:	1, 2, 5, 10 dB
Hajoamisalue:	50 - 100 dB HL* (*artifakteja voi alkaa esiintyä tasolla yli 95 dB HL (0,5 cc))

Temporaaliset ominaisuudet

	Refleksin hajoaminen, kontralateraalinen refleksikyynnys ja seulonta	Ipsilateraalinen refleksikyynnys ja seulonta	Kontralateraalinen stimulaatio - Mittapään äänes > 226 Hz
Alku-/lopullinen latenssi:	0 ms	0 ms ^[1]	0 ms
Nousu-/laskuaika:	250 ms	250 ms ^[1]	100 ms
Ylitys/alitus:	0 %	0 %	0 %

Huomautuksia:

1. Toleranssi +120/-0 ms

Pulssitettujen stimulusten ominaiskäyrät (ipsilateraaliset)	
Pulssitettuja stimuluksia käytetään ipsilateraalisten refleksien seulontaan ja refleksikyynnys testaukseen.	
Kausi:	120 ms
Stimulus päällä -aika:	56 ms
Stimulus pois päältä -aika:	64 ms
Nousu-/laskuaika:	5,5 ms

Stimuluksen tuoton valvonta	
Päällä/pois päältä -suhde:	70 dB (stimulustasolle > 95 dB HL)
Painotettu SPL pois päältä -tilassa:	Kontrasupra-auraalinen TDH 39: 33 dB Kontrainserttikuloke: 23 dB

Tympanometrian tarkkuuden kuvaus (daPa/s)

Pumpun nopeus	Min. TW, 5 %:n virhe (daPa)	Min. TW, 10 %:n virhe (daPa)	Min. SA, 5 %:n virhe (daPa)	Min. SA, 10 %:n virhe (daPa)
50 daPa/s	9	7	6	4
100 daPa/s	17	14	11	8
200 daPa/s	24	20	18	14

400 daPa/s	38	31	31	23
600 daPa/s	53	43	42	32

Laajakaistainen melu

Kontralateraalin TDH-39-kuuloke

Kaistanlaajuus:	250–6000 Hz Toleranssi ± 5 dB re. 1 kHz:n taso.
Jyrkkyys:	Spektritaso tippuu 6000 ja 9500 Hz:n välille ja pysyy -23 dB re. 1 kHz:n alla yli 9500 Hz:n taajuuksilla.
Taso:	Kohinan tason yksikkö on dB HL. Toleranssi ± 5 dB.

Kontralateraalin inserttikuuloke ja ipsilateraalinen mittapää

Kaistanlaajuus:	400–4000 Hz. Toleranssi ± 5 dB re. 1 kHz:n taso.
Jyrkkyys:	Spektritaso tippuu 4000 ja 7000 Hz:n välille ja pysyy -23 dB re. 1 kHz:n alapuolella yli 7000 Hz:n taajuuksilla.
Taso:	Kohinan tason yksikkö on dB HL. Toleranssi ± 5 dB.

Matalan melun läpäisy

Kontralateraalin TDH-39-kuuloke

Kaistarajoitus:	1600 Hz (nimellinen -3 dB:n piste)
Jyrkkyys:	Jyrkkyys on -12 – -18 dB/oktaavi yli 1600 Hz ± 6 dB:n lisätoleranssilla. 8500 Hz:n yläpuolella spektritaso pysyy -34 dB re. 1600 Hz:n tason alla.
Taso:	Kohinan tason yksikkö on dB HL. Toleranssi ± 5 dB.

Kontralateraalin inserttikuuloke ja ipsilateraalinen mittapää

Kaistanlaajuus:	1600 Hz (nimellinen -3 dB:n piste)
Jyrkkyys:	Jyrkkyys on -12 – -18 dB/oktaavi yli 1600 Hz ± 6 dB:n lisätoleranssilla. 8500 Hz:n yläpuolella spektritaso pysyy -34 dB re. 1600 Hz:n tason alla.
Taso:	Kohinan tason yksikkö on dB HL. Toleranssi ± 5 dB.

Korkean melun läpäisy

Kontralateraalin TDH-39-kuuloke

Kaistarajoitus:	1600 Hz (nimellinen -3 dB:n piste)
Jyrkkyys:	Jyrkkyys on +12 – +18 dB/oktaavia alle 1600 Hz ± 6 dB:n lisätoleranssilla.
Taso:	Kokonaismelutason yksikkö on dB HL. Toleranssi ± 5 dB.

Kontralateraalin inserttikuuloke ja ipsilateraalinen mittapää

Kaistanlaajuus:	1600 Hz (nimellinen -3 dB:n piste)
Jyrkkyys:	Jyrkkyys on +12 – +18 dB/oktaavi yli 1600 Hz ± 6 dB:n lisätoleranssilla.
Taso:	Kohinan tason yksikkö on dB HL. Toleranssi ± 5 dB.

ANSI- & IEC-refleksistimuluksen RETSPL-arvot

Taajuudet (Hz)	Ipsilateraalinen mittapää HA-1 [2]	Inserttikuuloke HA-1 [2]	Inserttikuuloke HA-2 [2]	Supra-auraalinen kuuloke IEC 60318-3/NBS 9A [1]	Supra-auraalinen kuuloke IEC 60318-1 [1]
500	6,0	6,0	5,5	11,5	13,5
1000	0,0	0,0	0,0	7,0	7,5
2000	2,5	2,5	3,0	9,0	9,0
4000	0,0	0,0	5,5	9,5	12,0
BBN [3]	6,5	6,0	8,0	12,0	13,5
LBN [3]	7,5	9,5	8,5	10,5	11,5
HBN [3]	4,0	5,0	7,5	12,5	14,5

Huomautuksia:

1. ANSI/ASA S3.6-2010, taulukko 5.
2. ANSI/ASA S3.6-2010, taulukko 7.
3. Perustuu Otometricsin sisäiseen tutkimukseen

Ilmanpainejärjestelmä

Alue:	Normaali +200 - -400 daPa/s. Laajennettu +400 - -600 daPa/s
Painepyyhkäisy nopeus:	50, 100, 200, 400, 600 daPa/s ± 20 % 20–80 %:ssa koko painealueesta
Paineen tarkkuus:	± 10 % tai ± 10 daPa sen mukaan, kumpi on suurempi Mittapään äänesten ylittäessä 226 Hz ja äänenvoimakkuuden ollessa alle 0,7 cc voi ilmetä ylimääräinen ±10 daPa.
Pumpun mittaussuunta:	Positiivisesta negatiiviseen tai negatiivisesta positiiviseen
Turvallisuus:	Erillinen turvallisuus +530 daPa ja -730 daPa ±70 daPa

Kaavion yksiköt

Admittanssikaavion Y-akselin yksikkö:	ml, cc, mmho, µl
Kaavion X-akselin yksikkö:	daPa, s

Laitteen näyttö

Näyttö:	7 tuumaa, 15:9 WVGA
Resoluutio:	800 x 480 pikseliä

USB-liitin

Tyyppi: USB-laiteportti

Virtalähde

Ulkoinen virtalähde XP Power, tyyppi AFM60US24
 Lähtö: 24 V, 2,5 A
 Tulo: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 1,5 A

Virrankulutus

Tehonkulutus < 70 VA

Käyttöympäristö

Lämpötila: 15–35 °C (59–95 °F)
 Ilmankosteus: 10 - 90 %, kondensoitumaton
 Ilmanpaine: 600 hPa - 1060 hPa
 Lämpenemisaika: < 10 min. Jos laitetta säilytetään olosuhteissa, jotka eivät ole määritettyjen käyttöympäristön olosuhteiden puitteissa, laitetta on lämmitettävä 24 tunnin ajan ennen sen ottamista käyttöön.

Korkeuden korjaus

Ontelon admittanssi riippuu ilmakehän paineesta. Tämä tarkoittaa, että mmho:n ja ml:n välinen suhde muuttuu ilmakehän paineen muuttuessa. Eron voi laskea seuraavan taulukon avulla.

Korkeus (m)	Lisäys, mmho (%)
0	0
500	6
1000	13
1500	20
2000	27
2500	36
3000	45

Varastointi ja käsittely

Lämpötila: -20–60 °C (-4–140 °F)
 Suhteellinen kosteus: < 90 %, kondensoimaton
 Ilmanpaine: 500 hPa - 1060 hPa

Mitat (KxLxS)

Erillinen versio:	190 mm x 248 mm x 261 mm (7,5 x 9,8 x 10,3 tuumaa)
Tietokonepohjainen versio:	100 mm x 240 mm x 240 mm (3,9 x 9,4 x 9,4 tuumaa)

Mittapään mitat (k x l x s)

Quick Check -mittapää:	28 mm x 22 mm x 100 mm (1,1" x 0,9" x 3,9")
Diagnostinen mittapää:	10 mm x 10 mm x 25 mm (0,4" x 0,4" x 1,0")

Paino

Erillinen versio:	2,65 kg/5,85 lb
Tietokonepohjainen versio:	1,65 kg/3,64 lb

Valinnaiset ominaisuudet (Erillinen)

Tulostin:	Sisäänrakennettu tulostin. Tulostaa 832 pisteen rivin sekunnissa 112 mm leveälle paperille
2 cc:n kopleri	

Kalibrointi

Laitteet pitää kalibroida säännöllisesti standardien EN 60645-5 ja ANSI S3.39 mukaisesti

Oleellinen suorituskyky

MADSEN Zodiac ei omaa olennaista suorituskykyä, joten siihen liittyvät vaatimukset on ilmoitettu seuraavassa:

1. Impedanssi/admittanssi standardin EN 61027 tyyppi 1, ANSI S3.39 tyyppi 1 mukaan.
2. Perusturvallisuus standardin IEC 60601-1 mukaan.

Kaikki standardin IEC 60601-1-2:2007, #5.2.2.1-#5.2.2.10 edellyttämät tiedot ovat saatavilla kohdassa MADSEN Zodiac Käyttöopas.

Standardit

Turvallisuus:	IEC 60601-1, UL 2601-1, CAN/CSA - C22.2 NO 601.1-90 ANSI/AAMI ES60601-1 + AMD 1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 MADSEN Zodiac: EN 60601-1, luokka II, sisäinen virtalähde, tyyppi BF, IPX0
EMC:	EN 60601-1-2
Impedanssi/Admittanssi:	Clinical/Diagnostic: EN 60645-5, tyyppi 1, ANSI S3.39, tyyppi 1
Virtalähde:	Luokan I ulkoisella virtalähteellä

Hävittäminen

MADSEN Zodiac voidaan hävittää normaalina elektroniikkaromuna paikallisten määräysten ja WEEE-direktiivin mukaan.

11.1 Lisävarusteet

Listatut lisävarusteet riippuvat toimitetun MADSEN Zodiac -laitteen konfiguroinnista.

- Diagnostinen mittapää, Classic
- Diagnostinen mittapää, Comfort
- Quick Check-mittapää
- Korvatipit
- Korvatippirasia
- Otometrics-inserttikuuloke, kontralateraalinen
- Kontralateraalinen kuuloke, TDH-39
- Kontralateraalisten kuulokkeiden insertit
- Olkahihnan koukku
- Mittapään pidike Quick Check-mittapäälle, seinään tai laitteeseen kiinnitetty
- 2 cc:n ontelo mittapään tarkistusta varten
- Monen taajuuden ontelosarja
- OTOsuite -ohjelmiston asennuslevy
- Virtajohto
- MADSEN Zodiac Käyttöopas
- MADSEN Zodiac Viiteopas
- USB-yhteyskaapeli
- Virtalähdeyksikkö
- Sisäänrakennetun tulostimen paperitela
- Mittapään kärjet
- Seinäkiinnitysarja tietokonepohjaista laitetta varten
- Mittapään puhdistussarja

11.2 Huomautuksia sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC)

- MADSEN Zodiac on osa sähköistä lääkintälaittejärjestelmää, joten sitä koskevat erityiset turvamääräykset. Tästä syystä tässä asiakirjassa annettuja asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava huolellisesti.
- Kannettavat korkeataajuusviestintälaitteet, kuten matkapuhelimet, saattavat häiritä MADSEN Zodiac toimintaa.

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt kaikille laitteille ja järjestelmille		
MADSEN Zodiac on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen MADSEN Zodiac käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä.		
Häiriöpäästöt	Yhteensopivuus	Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Radiotaajuuspäästöt CISPR 11	Ryhmä 1	MADSEN Zodiac käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siksi sen radiotaajuiset häiriöpäästöt ovat hyvin alhaisia eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriötä niiden lähetyksillä oleville elektronisille laitteille.
Radiotaajuuspäästöt CISPR 11	Luokka B	MADSEN Zodiac sopii käytettäväksi kaikissa ympäristöissä mukaan lukien asuinrakennukset ja tilat, jotka on kytketty julkiseen pienjänniteverkkoon, joista asuinrakennukset saavat sähkövirtansa.
Harmoniset päästöt IEC 61000-3-2	Ei sovelleta	
Jännitteen vaihtelut/välkyntä IEC 61000-3-3	Ei sovelleta	

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto kaikille laitteille ja järjestelmille			
MADSEN Zodiac on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen MADSEN Zodiac käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä.			
Immuneettitesti	IEC 60601 testitaso	Vastaavuustaso	Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus
Sähköstaattinen purkaus (ESD) IEC 61000-4-2	+/- 6 kV liitin +/- 8 kV ilma	+/- 6 kV liitin +/- 8 kV ilma	Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista laattaa. Jos lattioissa käytetään synteettisiä materiaaleja, ilman suhteellisen kosteuden tulee olla vähintään 30%.
Nopeat transienttipurkaukset IEC 61000-4-4	+/- 2 kV virtalähteen johdoille +/- 1 kV otto-/antojohdoille	+/- 2 kV virtalähteen johdoille +/- 1 kV otto-/antojohdoille	Verkkovirran laadun tulee vastata tyyppillisen kaupallisen tai sairaalaympäristön virtaa.
Ylijänniteaalto IEC 61000-4-5	+/- 1 kV johdo(i)sta johtoon/johtoihin +/- 2 kV johdo(i)sta maadoitukseen	+/- 1 kV johdo(i)sta johtoon/johtoihin +/- 2 kV johdo(i)sta maadoitukseen	Verkkovirran laadun tulee vastata tyyppillisen kaupallisen tai sairaalaympäristön virtaa.
Jännitekuopat, lyhyet katkokset ja jännitteen vaihtelut ottojohdoilla IEC 61000-4-11	<5 % U_T (>95 % kuoppa U_T) 0,5 kierrokselle 40 % U_T (60 % kuoppa U_T) viidelle kierrokselle 70 % U_T (30 % kuoppa U_T) 25 kierrokselle <5 % U_T (>95 % kuoppa U_T) viiden sekunnin ajan	<5 % U_T (>95 % kuoppa U_T) 0,5 kierrokselle 40 % U_T (60 % kuoppa U_T) viidelle kierrokselle 70 % U_T (30 % kuoppa U_T) 25 kierrokselle <5 % U_T (>95 % kuoppa U_T) viiden sekunnin ajan	Verkkovirran laadun tulee vastata tyyppillisen kaupallisen tai sairaalaympäristön virtaa. Jos MADSEN Zodiac käytön on oltava jatkuvaa myös verkkovirran katkojen aikana, suositellaan, että MADSEN Zodiac saa virtansa keskeytymättömästi virtalähteestä tai akusta.
Verkkotaajuus (50/60 Hz) magneettikenttä IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Magneettikenttien on oltava tasolla, joka on ominaista tyyppilliselle sijainnille tyyppillisessä kaupallisessa tai sairaalaympäristössä.
U_T on AC-verkköjännite ennen testitason käyttöä.			

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto – laitteille ja järjestelmille, jotka EIVÄT OLE elämää ylläpitäviä
MADSEN Zodiac on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen MADSEN Zodiac käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä.

Häiriöpäästötestit	IEC 60601 testitaso	Vastaavuustaso	Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus
Johtuva radiotaajuus IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz–80 MHz	3 Vrms 150 kHz–80 MHz	Kannettavia ja siirrettäviä radiotaajuusviestintävälineitä ei saa käyttää lähempänä mitään laitteen MADSEN Zodiac osaa kaapelit mukaan lukien kuin suositusetaisyys, joka on laskettu lähettimen taajuuteen sovellettavasta yhtälöstä. Suositusetaisyys: $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz - 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 80 MHz - 2,5 GHz,
Säteilevä radiotaajuus IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz - 2.5 GHz	3 V/m 80 MHz - 2.5 GHz	jossa P on lähettimen maksimilähtöteho watteina (W) lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaan, ja d on suositeltu erotusetaisyys metreinä (m). Kiinteiden radiotaajuuslähettimien kenttävoimakkuudet sähkömagneettisen asennustutkimuksen ^a mukaan eivät saa ylittää kunkin taajuusalueen vaatimustasoa. ^b Tällä symbolilla merkityn laitteen läheisyydessä voi esiintyä häiriöitä: 
Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz - 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetaisyyttä.			
Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.			
a. Kiinteiden lähettimien, kuten radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen radioverkkojen, amatööriradioiden, AM- ja FM-radio-lähetysten ja TV-lähetysten tukiasemien kentänvoimakkuuksia ei voida teoreettisesti ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla tulisi tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos tiloissa, joissa MADSEN Zodiac-laitetta käytetään, mitatut kenttävoimakkuudet ylittävät yllä annetut radiotaajuuden suositusraajat, MADSEN Zodiac-laitetta on tarkkailtava normaalin käytön varmistamiseksi. Jos epänormaalia toimintaa havaitaan, lisätoimenpiteet kuten MADSEN Zodiac-laitteen uudelleen suuntaus tai sijoittaminen toiseen paikkaan saattavat olla tarpeen.			
b. Kun taajuusalue on yli 150 kHz–80 MHz, kentänvoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.			

Suositusetaisyydet kannettavien/liikuteltavien radiotaajuuslaitteiden ja MADSEN Zodiac-laitteen välillä			
MADSEN Zodiac on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevän radiotaajuuden häiriöitä valvotaan. Asiakas tai MADSEN Zodiac-laitteen käyttäjä voi auttaa ehkäisemään sähkömagneettisia häiriöitä ylläpitämällä minimietaisyyttä kannettavien/liikuteltavien radiotaajuuslaitteiden (lähettimet) ja laitteen MADSEN Zodiac välillä yllämainitulla tavalla viestintälaitteiden maksimilähtötehon mukaisesti.			
Lähettimen maksiminimellistoteho W	Erotusetaisyys lähettimen taajuuden mukaan, m		
	150 kHz–80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80–800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz - 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23

0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Muiden kuin yllä esitetyille maksimivirroille mitoitettujen lähettimien suositusetaisyys metreinä (m) voidaan arvioida käyttäen lähettimen taajuudelle sovellettavaa yhtälöä, jossa P on lähettimen maksiminimellisulostulovirta watteina (W) lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaan.






Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz - 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetaisyttä.



Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.

12 Standardit ja varoitukset



12.1 Symbolien määritelmät

MADSEN Zodiac

	Sähkö- ja elektroniikkaromusta (WEEE) annetun direktiivin 2002/96/EY mukainen laite. Kaikki elektroniikka- ja sähkölaitteet, akut ja paristot on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne poistetaan käytöstä. Nämä vaatimukset koskevat koko Euroopan unionia. Näitä tuotteita ei saa hävittää lajittelemattoman kaatopaikkajätteen mukana. Voit palauttaa laitteen ja lisälaitteet Otometrics ille tai mille tahansa Otometrics-jälleenmyyjälle. Voit myös ottaa yhteyden paikalliseen jäteyhtiöön, joka kertoo lisää laitteiden hävittämisestä.
	Lue varoitukset ja huomautukset käyttöoppaasta.
	Lue varoitukset ja huomautukset käyttöoppaasta.
	IEC60601-1 tyyppin BF vaatimusten mukainen.
	Lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY ja RoHS-direktiivin (2011/65/EY) mukainen. Noudattaa Radio- ja telepäätteitä koskevaa direktiiviä (1999/5/EY).

	<p>LÄÄKETIETEELLINEN – Yleiset lääketieteelliset laitteet liittyen sähköiskun, tulipalon ja mekaanisen vaaraan standardien UL 60601-1, ensimmäinen painos, 2003 CAN/CSA-22.2 No. 601.1-M90 mukaan.</p> <p>OR</p> <p>LÄÄKETIETEELLINEN – Yleiset lääketieteelliset laitteet liittyen sähköiskun, tulipalon ja mekaaniseen vaaraan standardien ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012), IEC 60601-1-6, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) ja CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6 (2011) mukaan.</p>
	<p>Ranskassa laitteen käyttö on sallittua vain sisätiloissa.</p>
<p>FCC</p>	<p>Tämä laite täyttää sille asetetut laatuvaatimukset (Part 15, FCC Rules). Käyttö on riippuvainen seuraavasta kahdesta ehdosta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä. • Laitteen on siedettävä kaikki häiriöt, kuten sellaiset, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.
<p>IC</p>	<p>IC-merkintä sertifiointi/rekisteröintinumeron edessä tarkoittaa, että Industry Canadan tekniset vaatimukset täyttyvät.</p>


OTOsuite-immittanssimoduuli

 <p>XXXX</p>	<p>Lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY ja RoHS-direktiivin (2011/65/EY) mukainen.</p>
	<p>Käytetään virheviesteissä, jos ohjelmisto ei toimi. Katso tarkat tiedot valintaikkunasta.</p>

12.2 Varoitukset

Tässä käyttöohjeessa on tietoa ja varoituksia, joita on noudatettava oppaassa kuvattavien laitteiden ja ohjelmistojen turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Paikallisia viranomais määräyksiä on myös aina noudatettava.

1. Tämän luokan laitetta saa käyttää asuinrakennusta vastaavissa rakennuksissa, kun sitä käyttää terveydenhuollon ammattihenkilö toimivaltansa puitteissa.
2. MADSEN Zodiac on tarkoitettu audionomien, korva-, nenä- ja kurkkulääkärien ja muun terveydenhuollon ammattihenkilöiden diagnostiseen ja kliiniseen käyttöön tutkittaessa potilaiden kuuloa.
3. Jos epäilet tulehdusta toisessa korvassa, vaihda korvatippi ja käytä puhdasta mittapään kärkeä ennen toisen korvan tutkimista.
4. Käytä seuraavan asiakkaan tutkimuksissa uusia korvatippejä infektioiden leviämisen välttämiseksi.
5. Vahingossa aiheutuneet vauriot ja väärä käyttö voivat vaikuttaa haitallisesti laitteen toimintaan. Ota yhteys toimittajaan, jolta saat lisäohjeita.
6. Turvallisuussyistä ja jotta takuu pysyy voimassa, lääkinällisen sähkölaitteen huolto ja korjaus on annettava ainoastaan laitteen valmistajan tai valtuutetun korjaamon huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Jos laitteeseen ilmaantuu vika, laadi yksityiskohtainen kuvaus viasta/vioista ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Älä käytä viallista laitetta.
7. Kehotamme asentamaan laitteen ympäristöön, jossa staattisen sähkön määrä on minimoitu. Esimerkiksi antistaattisen kokolattiamaton käyttö on suositeltavaa.

8. Ei ole suositeltavaa pinota laitetta muiden laitteiden kanssa tai sijoittaa sitä huonosti tuuletettuun tilaan, koska se voisi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn. Jos se pinotaan toisen laitteen kanssa tai sijoitetaan toisen laitteen viereen, pitää varmistaa, että laitteen toiminta ei kärsi.
9. Älä varastoi tai käytä laitetta lämpötilassa ja kosteudessa, joka ylittää teknisissä tiedoissa (Kuljetus ja varastointi) annetut arvot.
10. Pidettävä poissa nesteiden lähetyviltä. Älä päästä kosteutta laitteen sisälle. Kosteus laitteen sisällä voi vahingoittaa instrumenttia tai aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle tai potilaalle.
11. Älä käytä laitetta syttyvien aineiden (kaasujen) läheisyydessä tai happirikkaassa ympäristössä.
12. Mitään osia ei saa syödä, polttaa tai käyttää millään tavalla muihin kuin tämän oppaan kohdassa Käyttötarkoitus kerrottuihin tarkoituksiin.
13. Tukehtumisvaara! Älä jätä korvatippejä valvomatta lasten ulottumille.
14. Laite ja kaikki siihen kytkettävät laitteet, joilla on oma virtalähde, tulee kytkeä pois päältä ennen liitäntöjen tekemistä. *Laite kytketään irti sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta. Älä sijoita yksikköä niin, että pistokkeen irrottaminen pistorasiasta on vaikeaa.*
15. Turvallisuussyistä ja EMC-vaikutusten vuoksi laitteen liittimiin kiinnitettävien osien tulee olla tyypiltään identtisiä järjestelmän mukana toimitettujen lisäosien kanssa.
16. Varusteet, joihin kuuluu kuulokkeet on suositeltavaa kalibroida vuosittain. Lisäksi suosittelemme kalibrointia myös mahdollisen vaurion jälkeen (jos esimerkiksi kuulokkeet tai mittapäät ovat pudonneet lattialle).
Huomioi, että ainoastaan mukana toimitetut kuulokkeet on kalibroitu! Jos haluat käyttää tutkimuksiin muuta kuuloketta, ota ensin yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi.
17. Kuluvat varusteet kuten korvatipit ovat kertakäyttöisiä, ja ne on vaihdettava aina potilaan vaihtuessa ristikontaminaation estämiseksi.
18. Epätoivottua ääntä saattaa esiintyä, jos laite altistuu vahvalle radiokentälle. Tällainen melu voi häiritä oikeiden mittaustulosten tallentamista. Monet sähkölaitteet kuten matkapuhelimet voivat saada aikaan radiokentän. Suosittelemme rajoittamaan näiden laitteiden käyttöä instrumentin läheisyydessä mahdollisimman paljon.
Emme myöskään suosittele, että laitetta käytetään sellaisten laitteiden läheisyydessä, jotka ovat herkkiä sähkömagneettisille kentille.
19. Muutokset tai muokkaukset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, voivat viedä käyttäjältä oikeuden käyttää laitetta.
20. Laite ja virtalähde voidaan hävittää normaalina elektroniikkaromuna paikallisten määräysten mukaisesti.
-  21. Käytä ainoastaan määritettyä virtalähdettä.
Katso Tekniset tiedot, Virtalähde.
Kun sähköistä lääkintälaitetta kootaan, kokoamisesta vastaavan henkilön on huomattava, että muut laitteet, jotka eivät täytä samoja turvallisuusvaatimuksia kuin tämä laite (kuten PC ja/tai tulostin), voivat heikentää järjestelmän yleistä turvallisuustasoa. Laitteiden tulee noudattaa UL/IEC 60950 -standardia.
Seuraavat kohdat tulee huomioida, kun valitaan laitteeseen kytkettäviä varusteita:
 - Kytettyjen laitteiden käyttö potilasympäristössä
 - Todiste siitä, että kytketyt laitteet on testattu standardien IEC 60601-1 (3.), AAMI ES60601-1 ja CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1-08-CAN/CSA mukaisesti.Älä koske samaan aikaan virtalähteen DC-lähtöliitintä tai laitteen tai liitettujen laitteiden liittimiä ja potilasta.
22. IEC 60601-1(3rd) -standardin noudattamiseksi tietokone ja tulostin tulee sijoittaa asiakkaan ulottumattomiin eli vähintään noin 1,5 metrin/5 jalan etäisyydelle.

23. Laite on testattu, ja se noudattaa luokan B digitaalilaitteen rajoja (Part 15, FCC Rules). Nämä rajat on tarkoitettu tarjoamaan kohtuullisen suojan haitallista häiriötä vastaan asennuksissa asuinalueella. Tämä laite tuottaa, käyttää ja mahdollisesti säteilee suurtaajuusenergiaa. Laite voi häiritä radioliikennettä, ellei sitä ole asennettu ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Ei ole kuitenkaan takuuta siitä, että mikään asennustapa poistaisi häiriöt täysin. Jos laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiolähetysiin (voidaan todeta kytkemällä laitteen virta päälle ja pois), käyttäjää suositellaan kokeilemaan ongelman ratkaisemista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Kasvata laitteen ja vastaanottimen keskinäistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan eri virtapiirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Kysy lisäneuvoja jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/TV-tekniikolta.

13 Muut viitteet

Saat lisätietoja OTOsuiten Online-ohjeesta, jossa on yksityiskohtaisia tietoja MADSEN Zodiac- ja OTOsuite-moduuleista.

Katso OTOsuite -asennusohjeet oppaasta OTOsuite Asennusopas OTOsuite -asennustietovälineellä.

Tarkempaa tietoa MADSEN Zodiac -laitteen käytöstä löytyy MADSEN Zodiac Viiteopas -käyttöoppaasta.

Vianmääritysesimerkkejä löytyy MADSEN Zodiac Viiteopas -käyttöoppaasta.

14 Valmistaja

GN Otometrics A/S
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Tanska
☎ +45 45 75 55 55
📠 +45 45 75 55 59
www.otometrics.com

14.1 Valmistajan vastuu

Valmistaja on vastuussa laitteen käyttöturvallisuudesta, luotettavuudesta ja toimivuudesta vain, jos:

- Kaikki laitteen kokoamiset, laajennukset, uudelleensäädöt, muutokset tai korjaukset on tehnyt laitteen valmistaja tai valmistajan valtuuttama henkilö.
- sähköasennus, jonka osaksi laite on kytketty, täyttää EN/IEC-vaatimukset.
- laitetta käytetään käyttöohjeiden mukaan.

Valmistaja varaa oikeuden irtisanoutua kaikesta vastuusta koskien muiden osapuolten huoltamien tai korjaamien laitteiden käyttöturvallisuutta, luotettavuutta ja toimivuutta.

